


«Hospital Consulting S.p.A.»



«Sostenibilità dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali»





## Il gruppo di lavoro

Ing. Stefano Picchi

Ing. Francesco Pezzatini

Ing. Lorenzo Tesi

Ing. Eleonora Morosi

## Descrizione

È stato effettuato un aggiornamento sui valori medi delle apparecchiature considerati nei meccanismi di remunerazione per servizi integrati di gestione apparecchiatura sulla base di gare d'appalto indette negli ultimi anni.

I nuovi dati analizzati sono stati estrapolati dalle documentazioni di gara messe a disposizione da n° 2 importanti stazioni appaltanti nel panorama Sanitario Nazionale che hanno indetto una nuova gara nel corso dello scorso anno.

Nelle gare indette sui due periodi si è analizzato il valore medio di quattro tipologie di apparecchiature significative per numerosità e criticità all'interno del contesto Sanitario: Apparecchio per Anestesia, Ecotomografo, Elettrobisturi, Ventilatore polmonare.

## Obiettivi e destinatari del lavoro



**Obiettivo** – Proseguire l’analisi sull’evoluzione (dopo il periodo 2009-2019 e dopo la fase straordinaria dovuta alla pandemia di COVID 19), del canone percepito dalle società di servizi per la gestione apparecchiature presso le strutture del SSNN con il modello di calcolo del compenso attualmente utilizzato, basato su una percentuale predefinita rispetto al valore di rinnovo del singolo apparecchio.

**Destinatari** – soggetti decisori e stakeholder affinché mettano allo studio un possibile sistema alternativo di remunerazione del servizio.

Tipologia apparecchiatura	Valore medio gara precedente	Valore medio gara 2023	Differenza %
ECO 1	€ 32.014,56	€ 26.536,65	-17,1
ELB 1	€ 60.970,80	€ 48.585,71	-20,3
ANS 1	€ 10.861,52	€ 8.319,74	-23,4
VPO 1	€ 18.631,71	€ 17.809,92	-4,4
ECO 2	€ 48.534,43	€ 31.990,10	-34,1
ELB 2	€ 77.897,20	€ 37.949,69	-51,3
ANS 2	€ 11.284,49	€ 8.864,70	-21,4
VPO 2	€ 11.502,38	€ 13.912,12	+ 20,9



I valori medi delle varie tipologie di apparecchiature sono sensibilmente diminuiti tra la prima e la seconda gara indetta con la sola eccezione del Ventilatore polmonare i cui valori potrebbero essere condizionati dalla particolare contingenza di mercato dovuta alla pandemia di COVID 19



*Ing. Stefano Picchi*  
*Stefano.picchi@hcspa.it*

*Referente sviluppo progetti e preventivazione gare d'appalto*